



53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
tel.: (71) 3689-584, 3689-585 fax: (71) 3689-583
www.dco.com.pl e-mail: dco@post.pl
NIP: 899-22-28-100 Regon: 000290096

Wrocław, 13.12.2013

EZP/2230/13

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawa masek stosowanych w radioterapii z podziałem na 2 pakiety, znak sprawy ZP/PN/88/13/LZF

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/88/13/LZF**, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 907) odpowiada:

Pytanie nr 5

Pytanie nr 1 zad. 1 poz. 1a, 2

Z uwagi na modyfikację przedmiotu zamówienia i w związku z tym brakiem możliwości zadania pytań odnośnie modyfikacji w terminie na zadanie pytań, zwracamy się z prośbą o wyłączenie do odrębnego pakietu maski z otworem na część twarzową (poz. 1a i 2). Zamieszczenie masek tego typu w jednym pakiecie z maskami bez otworu na twarz umożliwia przystąpienie do pakietu wyłącznie firmie Stanley z Poznania co stanowi rażące naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Działanie tego typu uniemożliwia zaoferowanie standardowych masek 3 i 5-punktowych przez pozostałych dostawców, spełniających WSZYSTKIE wymogi specyfikacji. Zasada równego traktowania wykonawców jest podstawą systemu zamówień publicznych. Zamawiający jest obowiązany traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Preferowanie określonego rozwiązania danego producenta narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ. Rozbicie pakietu na poszczególne pozycje, może mieć negatywne konsekwencje dla zamawiającego, ponieważ wyłonienie kilku wykonawców, a tym samym wyposażenie radioterapii w maski unieruchamiające z tworzyw różnych producentów. Tworzyw, które podczas użytkowania, mogą wykazać różne parametry zużycia. Brak unifikacji materiałów używanych w procesie planowania leczenia, może stać się przesłanką do braku ujednoczenia realizacji procedur w obrębie jednego Zakładu Teleradioterapii.

SPRACOWNICA
ds. Zamówień Publicznych i Logistyki
mgr Jolanta Kieruloff-Rzeczalska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Logistycznych
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu
mgr Krzysztof Słodkowski