

53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
tel.: (71) 3689-584, 3689-585 fax: (71) 3689-583
www.dco.com.pl e-mail: dco@post.pl
NIP: 899-22-28-100 Regon: 000290096

Wrocław, 13.05.2014

EZP/...../14

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatu do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z dostawą odczynników oraz części i materiałów zużywalnych do aparatu , znak sprawy ZP/PN/24/14/LZP

Dotyczy załącznika nr 1 – Graniczne wymagania techniczne:


Pkt. 25.- Wszyscy obecni na rynku polskim producenci aparatów do barwień immunohistochemicznych, z wyjątkiem firmy Roche/Ventana, w trosce o środowisko naturalne, zapewniają automatyczną segregację odpadów zawierających DAB, do odrębnego pojemnika, umożliwiającego bezpieczną utylizację tych odpadów. Wymóg w pkt.25 stoi w sprzeczności z wcześniejszym zapisem SIWZ, w którym zamawiający dopuszcza możliwość utylizacji odpadów szkodliwych na koszt wykonawcy. Ponadto wymóg barku odpadów szkodliwych, wskazuje jednoznacznie na rozwiązanie stosowane w aparatach tylko jednego producenta – firmę Roche/ Ventana. Taki zapis faworyzuje jednego dostawcę i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.


Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający w pkt 35 załącznika nr 1 wprowadza zmianę zapisu na „Brak konieczności neutralizacji odpadów płynnych , zamawiający dopuszcza neutralizację po stronie wykonawcy”.

W załączeniu:

Załącznik nr 1- graniczne wymagania techniczne

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Logistycznych
Dolnośląskiego Centrum Onkologii

mgr Krzysztof Staśkiewicz

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Logistyki

mgr Justyna Wójcisz-Przestalska