

Przykładowe parametry techniczne

28 Stolik zabiegowy dwublatowy z miskami

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Oferowane parametry
1.	Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej typu 0H18N9 z dwoma uchylnymi miskami na odpady	Tak	
2.	Wymiary stolika: <ul style="list-style-type: none">▪ długość - 600 mm ± 10 mm▪ szerokość - 450 mm ± 10 mm▪ wysokość - 850 mm ± 10 mm	Tak	
3.	Błat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi	Tak	
4.	Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, usztywniona od spodu elementami metalowymi	Tak	
5.	Koła o średnicy mim 80 mm nie brudzące podłoża	Tak	
6.	Nad kołami odbojniki z tworzywa	Tak	
7.	Na krótkim boku uchwyt do przetaczania wózka	Tak	