

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23506-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Urządzenia do tomografii
2016/S 016-023506**

**Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, pl. Hirszfelda 12,
53-413 Wrocław, Osoba do kontaktów: Renata Kolpenicka-Stryjeńska, Wrocław 53-413,
POLSKA. Tel.: +48 713689234. Faks: +48 713689581. E-mail: stryjenska.r@dco.com.pl**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.10.2014, 2014/S 190-334925)

Przedmiot zamówienia:

CPV:33115000

Urządzenia do tomografii

Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) tomografu komputerowego min. 64-rzędowego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

2.2.2016 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2016) tomografu komputerowego min. 64-rzędowego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.3.2016 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia:

1) dostawa Tomografu loco magazyn Wykonawcy- do 84 dni od zawarcia umowy;

2. pozostałe czynności (dostawa- loco siedziba Zamawiającego-, montaż, uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, wykonanie testów odbiorczych, przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personel, przystosowanie pomieszczeń pod kątem wymagań instalacyjnych dostarczonego TK w istniejącej pracowni TK, dopuszczenie nowo zainstalowanego tomografu do pracy, opracowanie dokumentacji powykonawczej z montażu tomografu komputerowego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wykonanie projektu ochrony radiologicznej – do 20.9.2016.

Warunki i okoliczności zmiany umowy opisano szczegółowo we wzorze umowy, będącym załącznikiem do SIWZ.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.