

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



EZP/72/16

Wrocław, 20.01.2016r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wysokospecjalistycznego sprzętu do brachyterapii dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, znak sprawy: ZP/PN/91/15/LZT

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/91/15/LZT, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 6

Czy – z uwagi na fakt, że oferowany system do planowania leczenia brachyterapii czasu rzeczywistego jest wyrobem medycznym, dla każdego jego producenta wymaga zastosowania określonego typu i konfiguracji komputera typu laptop – Zamawiający zaakceptuje ofertę, zawierającą laptop dla oprogramowania brachyterapii 3D sterca w czasie rzeczywistym w następującej konfiguracji, wymaganej przez producenta oferowanego oprogramowania:

Dell Latitude E6540

Procesor Intel Core i7 – 4800MQ, 2,70 GHz

8GB DDR3 RAM

Grafika AMD Radeon HD 8790 M Graphics 2 GB GDDR5 (oddzielna, z własną pamięcią)

Matryca 15,6 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli

500 GB HDD

8xMax DVD+/- RW Combo

Klawiatura europejska , układ klawiatury – polski programisty, bez wydzielonej części numerycznej

System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ.

Przygotowała:
Joanna Głombowicz

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ, załącznik nr 3a „Arkusz asortymentowo-cenowy”, Pakiet nr 1, pozycja 5.1 oraz pozycja 8.

W pozycji 5.1 oraz w pozycji 8 tabeli asortymentowo-cenowej dla pakietu nr 1 należy podać cenę zestawu aplikatorowego do wykonywania zabiegów brachyterapii 3D stercza (opisy nieco się różnią, lecz faktycznie są to dokładnie takie same aplikatory), zgodnie z Załącznikiem nr 1.

W załączniku nr 1 znajduje się opis tylko jednego zestawu takich aplikatorów (poz. 6.4, 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3 tabeli parametrów dla pakietu nr 1 w Załączniku nr 1).

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania dwóch pakietów, każdy zgodny z opisem zawartym w poz. 6.4, 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3 tabeli parametrów dla pakietu nr 1 w Załączniku nr 1, czy też w tabeli asortymentowo-cenowej dla pakietu nr 1 pomyłkowo zapisano dwukrotnie tę samą pozycję asortymentowo-cenową ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku 3a – asortymentowo – cenowy i wyjaśnia, że ilość 2 zestawów jest prawidłowa. Wynika to z tego, że podczas sterylizacji jednego zestawu, drugi może być wykorzystany do kolejnego zabiegu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Grzegorz Sawieński

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Logistyki
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz

mgr inż. Tomasz Hadryś
Inspektor ds. aparatury medycznej