

EZPL/...../16

Wrocław 15.02.2016

Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę wyrobów medycznych z kategorii opatrunki oraz tampony ginekologiczne z podziałem na 6 zadań sprawa nr: ZP/17/LA/BU/16

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych? W treści zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia – pkt. II, ppkt. 3 nie zostało to sprecyzowane.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2

Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający w pozycja nr 3 oczekuje sterylnych opatrunków hydrożelowych, których materiałem nośnym żelu jest wytrzymały na rozdarcia poliester, opatrunki które przeznaczone są typowo do działań ratowniczych i mogą być przechowywane w temperaturze nawet -5st. C do +35st. C?

Opatrunki hydrożelowe zawierają naturalny olejek o właściwościach bakteriostatycznych (olej z drzewa herbacianego), co powoduje zmniejszenie ryzyka zakażenia rany oparzeniowej, a już zainfekowane rany są odkażane. Przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, używane są na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchniowej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. W przypadku niezastosowania ochładzania, oparzenie początkowo klasyfikowane jako drugiego stopnia, przekształca się w wyniku efektu penetracji ciepła w oparzenie trzeciego stopnia. Mogą być nakładane bezpośrednio na ranę, a po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak, by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający dopuszcza obok istniejących zapisów ale nie wymaga

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Logistyki
Jolanta Wierucha-Przełaska
mgr Jolanta Wierucha-Przełaska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
Krzysztof Staszkiewicz
mgr Krzysztof Staszkiewicz