

Wrocław, 02.11.2016

znak: EZP/*A211*/...../16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH I UNIEWAŻNIENIU PAKIETÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 132 pakietów - znak sprawy: ZP/PN/58/16/LNP

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Dolnośląskie Centrum Onkologii zawiadamia o wyborze wykonawcy w poszczególnych pakietach. Kryterium wyboru ofert było kryterium cena 95% oraz termin ważności 5%. Zamawiający na swojej stronie internetowej(www.zamowienia.dco.com.pl) przedstawia streszczenie i porównanie ofert oraz który wykonawca wygrał jakie zadanie:

2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
23
25
30
31
33
34
35
36
37
38

39
42
43
44
45
47
49
50
52
53
55
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
71
73
74
75
77
79
82
83
84
85
87
88
89
90
92
93
100
102
103
105
106
107
108
109
110

112
113
114
115
116
117
119
124
125
128
129
132

Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że dla pakietów:

7,10,15,17,23,30,36,38,39,43,45,49,64,69,90,105,106,107,108,109,113,115,119,124,125,128,
129,132

zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą w terminie, o którym mowa w art. 94, ust. 2 pkt. 1 lit. a) *ustawy*.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH

Dolnośląskie Centrum Onkologii zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w pozycji nr 110 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ODRZUCENIE OFERT W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH

PAKIET NR 110 – Kot-Bud II S.C. J. Kot, T. Zbroński ul. Astrów 21 43-100 Tychy.

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w pakiecie nr 110 ofertę Wykonawcy **Kot-Bud II S.C. J. Kot, T. Zbroński** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.

Wykonawca przyjął stawkę 8% przy obliczeniu ceny, prawidłowa stawka VAT to 23% dla wyrobów które nie są wyrobami medycznymi.

Wobec powyższego oferta nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu.

PAKIET NR 110 - Protek-System ul. Pawia 33 81-078 Gdynia

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w pozycjach **110** ofertę Wykonawcy **Protek-System** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów do dnia 26.10.2016 do godz 12:00, do w/w dnia Wykonawca nie uzupełnił oferty o właściwe dokumenty.

Wobec powyższego oferta nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu.

PAKIET NR 42 - IHT Polska Sp. Z o.o. ul. Europejska 14 D 02-964 Warszawa

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w pozycjach **42** ofertę Wykonawcy **IHT Polska Sp. Z o.o.** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów do dnia 26.10.2016 do godz 12:00, do w/w dnia Wykonawca nie uzupełnił oferty o właściwe dokumenty.

Wobec powyższego oferta nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu.

PAKIET NR 47 - Sonda W. Makowski Sp. J. Ul. Poznańska 82 B 62-080 Tarnowo Podgórne

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w pozycjach **47** ofertę Wykonawcy **Sonda W. Makowski Sp. J.** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów do dnia 26.10.2016 do godz 12:00, do w/w dnia Wykonawca nie uzupełnił oferty o właściwe dokumenty.

Wobec powyższego oferta nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu.

PAKIET NR 59 - Aesculap Chifa Sp. Z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w zadaniach **59** ofertę Wykonawcy **Aesculap Chifa Sp. Z o.o.** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający w zakresie pakietu 59 w załączniku nr 1 wymagał - „opakowanie nierozrywalne, wielowarstwowe, pojedyncze, sterylne”
Wykonawca zaoferował w pakiecie 59 produkt w opakowaniach rozrywanych.
Wobec powyższego wyroby te nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu w tej części.

PAKIET NR 3 - Skamex Sp. Z o.o., Sp. K. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w zadaniach **3** ofertę Wykonawcy **Skamex Sp. Z o.o., Sp. K.** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający w zakresie pakietu 3 w załączniku nr 1 poz 1. wymagał aby bezigłowy port dostępu żylnego pracował w systemie dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą aby podawane płynne preparaty nie pozostawały i nie oblekały wnętrza portu (co skutkuje namnażaniem się bakterii).
Zaoferowano zawór bezigłowy, w którym podawane preparaty oblekają wnętrze zaworu i pierścień, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w zakresie pakietu 3 w załączniku nr 1 poz 2. w przyrządzie z portem bezigłowym do pobierania leków z fiolek występuje sytuacja jak powyżej, czyli Zamawiający nie dopuścił zmian w

systemie dzielonej membrany z wewnętrzną kaniulą. Ponadto na dostarczonej próbce PRODUCENT nie potwierdził wymogu braku ftalanów w zaoferowanej produkcji.

Zamawiający w zakresie pakietu 3 w załączniku nr 1 poz 3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił „imadło bez elementów metalowych” w zadanych pytaniach przez oferentów nie zostały dopuszczone śruby metalowe w imadle. Dostarczona próbka „imadło” posiada metalowe śruby tym samym nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Zamawiający w zakresie pakietu 3 w załączniku nr 1 poz 4,5,6. na opakowaniu próbek jest brak oryginalnej (nadrukowanej) informacji o braku ftalanów umieszczonej przez producenta, oferent sam zamieścił informację o braku ftalanów w formie naklejki samoprzylepnej.

Zamawiający w zakresie pakietu 52 w załączniku nr 1 – w dostarczonym katalogu jest brak potwierdzenia wykonania łyżki z ABS zaproponowana łyżka wykonana jest z polikarbonatu, zaoferowano system zamykania kulkowy gdzie Zamawiający wymagał zatrzaskowego, brak potwierdzenia poprzez katalog spełniania warunku nieprzylegania łyżki do języka w niskich temperaturach.

Wobec powyższego wyroby te nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu w tej części.

PAKIET NR 50 - Medox Pro Sp. Z o.o. ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164) zawiadamia o odrzuceniu w zadaniach **50** ofertę Wykonawcy **Medox Pro Sp. Z o.o.** ponieważ jest niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający w zakresie pakietu 50 w załączniku nr 1 poz 4 Zamawiający wymagał - „Maska anestetyczna dla dorosłych z mankietem uszczelniającym, złączem standardowym 22 mm, kolorowym pierścieniem, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze”

Wykonawca zaoferował w pakiecie nr 50 poz 4 produkt z dopompowywanym mankietem czego Zamawiający nie wymagał ani nie dopuścił w udzielonych odpowiedziach na pytania.

W dostarczonym katalogu jest brak potwierdzenia złącza w rozmiarze 22 mm.

Zamawiający w zakresie pakietu 50 w załączniku nr 1 poz 5 Zamawiający wymagał - „łącznik typu martwa przestrzeń o dł. 15 cm, końcówka 22F, gładkie powierzchnie wewnętrzne, zakończona podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z kapturkiem do bronchoskopii zatykanym korkiem samouszczelniającym. Sterylny, pakowany pojedynczo.

Wykonawca zaoferował w pakiecie nr 50 poz 5 w dostarczonym katalogu jest brak potwierdzenia pakowania produktu pojedynczo.

Zamawiający w zakresie pakietu 50 w załączniku nr 1 poz 6 Zamawiający wymagał - „Złączka prosta do obwodów oddechowych
a)końcówki22M-22M/15F

b) sterylna, pakowana pojedynczo.

Wykonawca zaoferował w pakiecie nr 50 poz 6 w dostarczonym katalogu jest brak potwierdzenia pakowania produktu pojedynczo.

Brak dostarczonych właściwych próbek odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego wyroby te nie spełnia w pełni naszych wymagań określonych w SIWZ i oferta podlega odrzuceniu.

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą wyklucza Wykonawcę **Aykon S.C.** z przedmiotowego postępowania, ponieważ nie wniesiono wadium do upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie

Zgodnie z wymaganiami SIWZ celem zabezpieczenia oferty należało wnieść wadium w wysokości 3 123 zł. Wadium miało zostać wniesione do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 23.09.2016 do godziny 09:00. Na obowiązek dopilnowania by wadium zostało wniesione we wskazanym terminie wskazywała wprost SIWZ. W pkt 8.5 i 8.6 SIWZ zapisano:

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/58/16/LNP.”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
- Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl. Hirszfelda 12, budynek „H” pok. 416 (godz. otwarcia 8.00-10.00 i 12.00-14.00) najpóźniej do terminu składania ofert.

W wymaganym terminie Wykonawca nie zabezpieczył oferty wymaganym wadium ani w formie pieniądza ani w formie papierowej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak we wstępie.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA**

dr n. med. Ireneusz Pawlak