

14.11.2016  
Wrocław 15.02.2016

EZPL/...1261...../16

**Dotyczy: postępowania na Zakup fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych na potrzeby Breast Unit Dolnośląskiego Centrum Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławia  
ZNAK SPRAWY ZP/PN/71/16/LBO**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum-Fino lub Metzenbaum-Nelson? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum-Nelson, nie wyraża zgody na nożyczki Metzenbaum-Fino; z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 6: czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 17,5 lub 18,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 17,5 cm, nie wyraża zgody na długość 18,5 cm; z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 10: czy Zamawiający dopuści kleszczyki Allisa o długości 15,0 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kleszczyków Allisa o długości 15,0 cm**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 11: czy Zamawiający dopuści dissektor Overholt? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 12: czy Zamawiający dopuści kleszcze typu Mosquito o długości 10,0 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 13: czy Zamawiający dopuści hak Farabeufa – zestaw dwóch haków 12,0 cm?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 14: czy Zamawiający dopuści hak automatyczny Weitlaner 13,0 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 15: czy Zamawiający dopuści hak automatyczny Weitlaner 16,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, pozycja nr 16: czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 160 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

-----

### **Pytanie nr 2**

- 1 Ad. 10 czy zamawiający dopuści Kleszczyki Allisa 4:5 o długości 15 cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

- 2 Ad. 11 czy zamawiający dopuści Dissektor Overholt o długości 21 cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, przy zachowaniu delikatności kształtu narzędzia jak w dissektorze Overholt mini.**

- 3 Ad. 12 czy zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe Mosquito o długości 10 cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

- 4 Ad. 13 czy zamawiający dopuści Haki Farabeufa-zestaw dwóch haków o długości 12 cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

- 5 Ad. 14 czy zamawiający dopuści Hak automatyczny Weitlaner tępy o długości 13 cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

6 Ad. 15 czy zamawiający dopuści Hak automatyczny Weitlaner tepty o długości 16,5 cm ?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

7 Ad. 16 czy zamawiający dopuści Miskę małą, okrągłą o pojemności 140 ml lub 350 ml ?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.**

-----

**Pytanie nr 3**

Lp.1 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klemu o dł. 20, 22,25 czy 27 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza klem o długości 22 cm.**

Lp.5 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nożyczek prostych czy zagiętych.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający oczekuje nożyczek preparacyjnych czyli zagiętych.**

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 18,5 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

Lp.8 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania Peanów prostych czy zagiętych.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający oczekuje peanów zagiętych.**

Lp.9 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania Kocherów prostych czy zagiętych.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający wymaga kocherów zagiętych.**

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 15 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie dissektora Overholt-Mod. o dł. 20,5 cm

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, przy zachowaniu delikatności kształtu narzędzia jak w dissektorze Overholt mini**

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 10 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 12 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie haka automatycznego o dł. 13 cm

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie haka automatycznego o dł. 16,5 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

Lp.16 Prosimy o dopuszczenie miski o poj. 160 lub 250 mm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza miskę o pojemności 160 ml**

Lp.19 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nożyczek o dł. 18 czy 20 cm.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 18 cm.**

-----  
**Pytanie nr 4**

**Pytanie 1:**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania narzędzi chirurgicznych z tolerancją długości narzędzia +/- 5mm lub +/-5%. Są to bardzo małe z punktu widzenia operatora różnice na długości narzędzia.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający w poprzednich odpowiedziach, rozszerzył wystarczająco zakres wymiarów oczekiwanych przez zamawiającego, zatem nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 2: ( Zapisy SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach stali:

-X38CrMoV15 twardość stali w zakresie 50-58HRC dla wszystkich rodzajów nożyczek

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

**Pytanie 3: ( Pozycja 7 )**

Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 18,5cm ?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

**Pytanie 4: ( Pozycja 8)**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Pean o długości 17 cm?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

**Pytanie 5 : ( Pozycja 8)**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Kelly Rankin lub Crile Rankin długość 16cm ?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

**Pytanie 6 : ( Pozycja 12)**

Czy Zamawiający dopuści Mosquito o długości 10 cm ?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

**Pytanie 7 : ( Pozycja 13)**

Czy Zamawiający dopuści hak o długości 12cm ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie**

#### **Pytanie 8: ( Pozycja 6)**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do cięcia nitok 18cm lekko odgięte ?

### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

---


#### **Pytanie nr 5**


W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun stosownie do art. 96 ustawy Pzp oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazania danych figurujących w pkt 4 protokołu tj danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### **Odpowiedź zamawiającego**

Zgodnie zarządzeniem w skład komisji wchodzi następujące osoby:

1. Jolanta Harłacz-Przestalska
2. Igor Madej
3. Rafał Matkowski
4. Agnieszka Szemiel

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Jolanta Harłacz-Przestalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zamówień Publicznych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
mgr Krzysztof Stożkiewicz

EZPL/...../16

Wrocław 14.11.2016

**Dotyczy: postępowania na Zakup fabrycznie nowych narzędzi chirurgicznych na potrzeby Breast Unit Dolnośląskiego Centrum Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławia  
ZNAK SPRAWY ZP/PN/71/16/LBO**

**Pytanie nr 6**

- Zadanie 1, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nazwa własna Kocher Ochsner, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Tak zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

- Zadanie 1, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki Allis dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Tak zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

- Zadanie 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dissektor dł. 205mm, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- Zadanie 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 100mm, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- Zadanie 1, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, miska o poj. 140ml, lub 300ml, reszta parametrów bez zmian?


**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- Zadanie 1, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki jak na poniższym zdjęciu, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Tak zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**



48-007-09  
48-007-11  
48-007-14  
48-007-16  
48-007-18  
48-007-20

**LISTER**

**48-007-20 20,0 cm, 8"**



**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w ciągu 3 lat, należycie wykonał wszystkie zamówienia, których wartość jednostkowa wielokrotnie przekraczała wartość bieżącego postępowania, zgodnie z art. 22 ust. 1. jednocześnie mogącego przedstawić należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat 7 dostaw o zsumowanej wartości 87.580,18 zł odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

-----

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów w pozycji nr 16 kubka o poj. 0,16 l?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Tak zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

