

EZP/1363...../16

Wrocław, 06.12.2016 r.

Wg rozdzielnika

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-01-06 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, na:

Postępowanie na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 r.) napędów elektrycznych do drzwi ochronnych radiologicznie do dwóch bunkrów akceleratorów oznaczonych „P” i „F” w Zakładzie Radioterapii w DCO we Wrocławiu

Pytanie

Czy w związku z zapisem w załączniku numer 1 do Zapytania ofertowego w punkt q oraz punkt r Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie schematu instalacji elektrycznej drzwi osłonowych wymienionych w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia schemat instalacji elektrycznej.

Doprecyzowanie Zamawiającego: Oba bunkry zostały zbudowane w latach 2005/2006 i w obu jest podobnie zaprojektowana instalacja elektryczna. Napędy drzwi CAME BK1200 są zasilane jednofazowo (zabezp. nr 13). Układ zwłoczny na stronie 9-tej załączonego pliku może zostać pominięty.
Na str. 10 załączonego pliku - dopasowanie inst. elektr. napędów CAME do tablicy elektr.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Exploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjański