

EZP/893/17

Wrocław, 26.04.2017r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby nowotworzonego Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 12 pakietów; ZP/PN/23/17/LAM

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/23/17/LAM**, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1: Dotyczy: pakietu nr 4 (pozycja nr 3) – Nebulizator ultradźwiękowy

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o parametrach nebulizacji 0.5 - 3 ml / min? (różnica 0,5 ml w parametrach startowych nie wpłynie na jakość i wydajność nebulizacji)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora o parametrach nebulizacji 0.5 - 3 ml / min, ale nie wymaga.

Pytanie 2: Dotyczy: pakietu nr 4 (pozycja nr 3) – Nebulizator ultradźwiękowy

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o parametrach wytwarzania aerozolu 3.04 ml ? (różnica 0,04 ml nie wpłynie na jakość i wydajność nebulizacji)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora o parametrach wytwarzania aerozolu 3.04 ml, ale nie wymaga.

Pytanie 3: Dotyczy: pakietu nr 4 (pozycja nr 3) – Nebulizator ultradźwiękowy

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o wydajności nebulizacji wyższej o 0,04 ml/min od wymaganej tj. 0.14 ml / min? Wskazana znikoma różnica nie ma wpływu na jakość i wydajność nebulizacji,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora o wydajności nebulizacji wyższej o 0,04 ml/min od wymaganej tj. 0.14 ml / min, ale nie wymaga.

Pytanie 4: Dotyczy: pakietu nr 4 (pozycja nr 3) – Nebulizator ultradźwiękowy

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o głośności pracy <40 dB – są to parametry zapewniające bardzo cichą pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora o głośności pracy <40 dB, ale nie wymaga.

Pytanie 5: Dotyczy: pakietu nr 4 (pozycja nr 3) – Nebulizator ultradźwiękowy

Czy Zamawiający dopuści nebulizator zawierający :

- Wyjmowany zbiornik na wodę
- Pokrywa na pojemnik na leki
- Uchwyt na pojemnik na leki
- Dren do inhalacji M
- Ustnik
- 2 pojemniki na leki
- Kabel zasilający
- Maskę dla dorosłych PCV
- Maskę dla dzieci PCV,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego nebulizatora, ale nie wymaga.

Zamawiający, działając zgodnie z zapisem art. 38, ust.1, pkt.2) ustawy, zmienia termin składania/otwarcia ofert na dzień **05 maja 2017r. godz. 10:00/10:15.**

Zmieniona SIWZ znajduje się na stronie Zamawiającego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

dr n. med. Ireneusz Pawlak

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Joanna Głombowicz