

EZP/.....⁸¹⁷...../17

Wrocław 17.04.2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 10 pakietów, znak sprawy ZP/PN/20/17/LOBO

W związku z wpływieniem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/20/17/LOBO** Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 1

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWIZ) nowego ust. 1. e. w brzmieniu następującym:

„e. Wysokość kary umownej, o której mowa w ustępach a. i b. powyżej nie może każdorazowo przekroczyć 10% wartości brutto towaru, którego dotyczy opóźnienie”

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityka compliance (.....) stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Jolanta Harłacz- Przystańska, Igor Madej, Bożena Sztajner, Alicja Szydłowska

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

Dotyczy pak. 4

Uprzejmie prosimy o określenie ile klipsownic do użyczenia Zamawiający oczekuje na czas trwania umowy (do wykorzystania dla 1000 magazynków).

Czy Zamawiający oczekuje klipsownic o długości roboczej 190 mm czy 280 mm, oraz czy szczęki klipsownic mają być zakrzywione czy proste?

Odpowiedz zamawiającego

**Zamawiający oczekuje klipsownic długości roboczej 190 mm, szczęki klipsownic proste.
Zamawiający oczekuje użyczenia 10 szt klipsownic**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, zawór gazowy 3-pozycyjny umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację; desuflacja po odłączeniu wężyka; obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara; trokar z możliwością ściągnięcia głowicy w celu szybkiej desuflacji?

Odpowiedz zamawiającego

Zmawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 2 dopuści jednorazową kaniulę o średnicy 12 mm, z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość kaniuli 100 mm, zawór gazowy 3-pozycyjny umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację; desuflacja po odłączeniu wężyka; kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym?

Odpowiedz zamawiającego

Zmawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 3 dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 15 mm z wbudowaną redukcją 5-15 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy 3-pozycyjny umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację; desuflacja po odłączeniu wężyka; obturator z separatorem tkankowym; trokar z możliwością ściągnięcia głowicy w celu szybkiej desuflacji?

Odpowiedz zamawiającego

Zmawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 4 dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm, zapewniający bezpieczny dostęp laparoskopowy, z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym,

zawór gazowy 3-pozycyjny umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację; desuflacja po odłączeniu wężyka; , obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara; z możliwością ściągnięcia głowicy w celu szybkiej desuflacji?

Odpowiedz zamawiającego

Zmawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ ale nie wymaga.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 5 dopuści jednorazowy zestaw trokarów do zabiegów laparoskopowych kolorektalnych, w skład którego wchodzi: trokar optyczny o średnicy 12 mm, z wbudowaną redukcją 5-12 mm, bez blokady kamery w obturatorze; długość kaniuli 100 mm, kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara; z możliwością ściągnięcia głowicy w celu szybkiej desuflacji + dodatkowa kaniula 12 mm, żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym , o długości 100 mm, z redukcją 5-12 mm + Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100 mm , kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara+dodatkowa kaniula 5 mm, o długości 100 mm, żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym +Igła Veressa 150 mm?

Odpowiedz zamawiającego

Zmawiający dopuszcza obok istniejących zapisów SIWZ ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) nowego ust. 1. e. w brzmieniu następującym:

„e. Wysokość kary umownej, o której mowa w ustępach a. i b. powyżej nie może każdorazowo przekroczyć 10% wartości brutto towaru, którego dotyczy opóźnienie”

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zapytujemy czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Zaferowanie w pakiecie 1 do pozycji 1

Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację wysokości zszywek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm lub 81mm

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie :

Jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, załadowanego ładunkiem lub ładunku dostarczonego w zestawie, z tytanowymi zszywkami wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości w technologii typu DST lub z drutu o przekroju okrągłym wykonane w technologii typu 3D, umieszczający od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Stapler posiada możliwość odpalania z dwóch stron. Zamawiający oczekuje staplerów w długościach: 61mm do tkanki cienkiej, standardowej, grubej oraz 81mm do tkanki standardowej i grubej (každorazowo określony rozmiar przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia spośród pięciu zaoferowanych produktów)-Obok istniejącego zapisu SIWZ.

2. Zaferowanie do pozycji 2

Ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm lub 81mm

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie :

Ładunku z tytanowymi zszywkami do jednorazowego staplera liniowego z nożem (nóż stanowiący część ładunku). Zamawiający oczekuje ładunków o długościach: 61mm do tkanki cienkiej, standardowej i grubej oraz 81mm do tkanki standardowej i grubej (každorazowo określony rozmiar przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia spośród pięciu zaoferowanych produktów). Ładunek musi być kompatybilny ze staplerem z pozycji 1 - Obok istniejącego zapisu SIWZ.

3. Wyłączenie z pakietu 2 pozycje 1

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dot. Pakiet 1 poz. 1 i poz. 2:


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096



Zwracamy się z prośbą o określenie ilości/wielkości zamówienia staplerów oraz ładunków dla każdej długości z osobna i w związku z tym rozdzielenie ich do osobnych pozycji w Pakiecie.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Aktywności Gospodarczych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjeński

SPÉCJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Jolanta Przystańska
