

Wrocław 19.04.2017

EZP/818/...../17

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 10 pakietów, znak sprawy ZP/PN/20/17/LOBO

W związku z wpływieniem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/20/17/LOBO** Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 2 - 130 zestawów do zabiegów kolorektalnych zawierających asortyment z pozycji 1 oraz 2. Proponowany zestaw składa się z **jednorazowego staplera okrężnego** o długości standardowej o średnicy 28mm, 31mm lub 33mm, zakrzywionego, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczzonego w technologii typu DST, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8mm oraz **ładunku o długości 55mm** do tkanki normalnej lub do tkanki grubej (ze zszywkami tytanowymi) zawierającego dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek, do staplera wielorazowego użytku (możliwy do sterylizacji parowej lub w systemie STERAD). Każdy z elementów zestawu jest osobno, sterylnie zapakowany. Zamawiający określi średnicę i długość staplera oraz wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 2 pozycji 4 wymaga zaoferowania czterech kodów katalogowych w przypadku zaoferowania staplerów liniowych zamykających na głucho z ruchomą głowicą 30mm lub 55mm oraz 2 kodów katalogowych w przypadku zaoferowania endostaplera zamykająco-tnącego załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej i grubej, z naturalną artykulacją, o długości 45mm. Zamawiający określi długość ładunku oraz wysokość zszywki każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wymaga zaoferowania staplerów liniowych zamykających na głucho, z ruchomą i wyginaną głowicą, w czterech rozmiarach: 30mm z dwoma wysokościami zszywek przed zamknięciem do tkanki zwykłej 3,5 mm i do tkanki grubej 4,8 mm lub 55mm dostępny z dwoma wysokościami zszywek przed zamknięciem, do tkanki zwykłej 3,5mm i do tkanki grubej 4,8mm do zamknięcia jelita grubego przy niskich resekcjach w

miednicy; a w przypadku zaferowania endostaplera zamykająco-tnącego dostarczonego wraz z ładunkiem o długości 45mm do tkanki standardowej i grubej, z zszywkami wykonanymi z tytanu z naturalną artykulacją wymaga zaferowania staplera i ładunku do tkanki standardowej i do grubej.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 3 pozycji 2 wymaga aby jednorazowe specjalistyczne narzędzie w postaci kowadełka do staplera okrężnego, o średnicy 21mm lub 25mm, wstępnie złamane i przymocowane do sondy żołądkowej o długości ok.100cm współpracowało odpowiednio ze staplerem okrężnym o średnicy 21mm lub 25mm w rozmiarze XL

Odpowiedz zamawiającego

Tak, zamawiający potwierdza

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 3 pozycji 4 wymaga zaferowania jednorazowej kapiuchownicy w rozmiarze 45mm lub 65mm określanych każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego

Tak, zamawiający potwierdza

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10 obok istniejących zapisów sprzętu o następujących parametrach: ładunek radialny posiadający dwie potrójne linie zszywek o długości ok 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego lub wielorazowego użytku. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem do tkanki średnio- grubej.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza ,pozostawia zapis jak w SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Zakupów Medycznych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Grzegorz Stryjeński
Grzegorz Stryjeński

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Jolanta Haracz-Przestalska