

Wrocław, 21.07.2017r.

**EZP/1385/17**

## **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawa myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni w Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.**  
ZNAK SPRAWY ZP/PN/47/17/LAM/AW

W związku przetargiem nr ZNAK SPRAWY ZP/PN/47/17/LAM/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wyjaśnia SIWZ w niżej opisany sposób.

### **Pytania dotyczące myjni - dezynfektora do narzędzi**

#### **Pytanie 1:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do narzędzi punkt 29 zestawienia parametrów Tj."Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15 (w tym min. 5 wybieranych za pomocą 5 różnych klawiszy lub ekranu dotykowego)"  
Czy zamawiający dopuści myjnię z 20 programami fabrycznymi wybieranymi przy pomocy 5 przycisków membranowych gdzie 3 przyciski są dedykowane do 3 programów wybranych przez klienta?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 2:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do narzędzi punkt 34 zestawienia parametrów  
Czy zamawiający dopuści myjnię bez wymiennika ciepła ponieważ wydajne suszenie musi odbywać się w temperaturze bliskiej 100 st C a wymienniki ciepła nie mają możliwości takiego ciepła przekazać co powoduje znaczne wydłużenie cyklu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 3:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do narzędzi punkt 37 zestawienia parametrów  
Czy zamawiający dopuści okno w drzwiach zamiast drzwi przeszklonych o powierzchni 30% co w zupełności wystarcza do wizualnego sprawdzenia procesu mycia?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 4:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do narzędzi punkt 41 zestawienia parametrów  
Czy zamawiający dopuści myjnię o mocy maksymalnej 8,25KW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie, obok istniejącego zapisu SIWZ

Pytania dotyczące myjni - dezynfektora do butów

**Pytanie 5:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do butów punkt 28 zestawienia parametrów tj. "Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15 (w tym min. 5 wybieranych za pomocą 5 różnych klawiszy lub ekranu dotykowego)"

Czy zamawiający dopuści myjnię z 20 programami fabrycznymi wybieranymi przy pomocy 5 przycisków membranowych gdzie 3 przyciski są dedykowane do 3 programów wybranych przez klienta?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 6:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do butów punkt 33 zestawienia parametrów

Czy zamawiający dopuści myjnię bez wymiennika ciepła ponieważ wydajne suszenie musi odbywać się w temperaturze bliskiej 100 st C a wymienniki ciepła nie mają możliwości takiego ciepła przekazać co powoduje znaczne wydłużenie cyklu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 7:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do butów punkt 36 zestawienia parametrów

Czy zamawiający dopuści okno w drzwiach zamiast drzwi przeszklonych o powierzchni 30% co w zupełności wystarcza do wizualnego sprawdzenia procesu mycia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 8:**

Dotyczy myjni-dezynfektora do butów punkt 40 zestawienia parametrów

Czy zamawiający dopuści myjnię o mocy maksymalnej 8,25KW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące warunków –zdolności technicznej lub zawodowej

**Pytanie 9:**

Prosimy o weryfikację warunków zdolności technicznej lub zawodowej dla postępowania na zakup myjni do narzędzi oraz myjni do obuwia operacyjnego i wyrażenie zgody na wykazanie się 2 dostawami myjni-dezynfektora do narzędzi i obuwia operacyjnego stanowiące przedmioty zamówienia na łączną kwotę 200 tys. Zł w okresie ostatnich 3 lat

Oferowane przez nas urządzenia , a przede wszystkim myjnię-dezynfektory do obuwia operacyjnego kształtują się na poziomie 20.000- 40.000 zł brutto. Stosowanie wymogu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868





dostarczenia myjni do obuwia za kwotę 200 tyś brutto jest zdecydowanie zawyżone i nieproporcjonalne do wartości tego typu urządzenia.  
W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wartość referencyjną myjni – dezynfektora zdecydowanie poniżej jej wartości szacunkowej, zatem dalsze ograniczenia w ww. warunku udziału czynią go iluzorycznym i nieprzydatnym do oceny doświadczenia Wykonawcy.

Z poważaniem

AGENCIJA WYNIK  
Dobra Zamówień Publicznych  
  
mgr Aleksandra Kaliszewska

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Andrzej Wręczycki