

Wrocław, 04.10.2017r.

**EZP/1801/17**

## **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego na Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3 sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20 oraz wykonanie jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku wycofanych w dniu dostawy ze stosowania 3 szt. zużytych źródeł Ge-68, zgodnie z obowiązkiem określonym w warunkach Zezwolenia D-19366 wydanego przez Prezesa PAA dla DCO

**ZP/BU/72/17/LZMN/AW**

W związku ww. zapytaniem ofertowym nr ZP/BU/72/17/LZMN/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wyjaśnia otrzymane wątpliwości Wykonawców:

1. Czy macie Państwo zawartą z ZUOP umowę na unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych. Jeśli tak, prosimy o kopię.

#### **Odpowiedź:**

DCO nie ma zawartej z ZUOP umowy na unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych. Postępowanie związane z przekazaniem do unieszkodliwienia i składowania 3 szt. zużytych źródeł Ge-68 jest jednorazowe.

2. We wzorze umowy w §4 ust. 1 prosimy o zmianę zapisu: „w terminie do końca listopada 2017r.” na zapis: „w ciągu 8 tygodni od zawarcia umowy przez obie strony”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienił odpowiednie postanowienie w projekcie umowy – w załączeniu.

3. We wzorze umowy w §4 ust. 6 prosimy o dodanie zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się przygotować i przekazać kierowcy odbierającemu zużyte źródła komplet dokumentów do ZUOP, tj.
  - a) Zlecenie odbioru
  - b) Karty ewidencyjne źródeł
  - c) Protokół przekazania
  - d) Potwierdzenie, że w pkt a, b i c dokumenty zostały przez ZUOP sprawdzone i zatwierdzone

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający częściowo wyraża zgodę i zmienił odpowiednie postanowienie w projekcie umowy – w załączeniu. W §4 ust. 6 dodaje się zdanie: „Zamawiający zobowiązuje się przygotować i przekazać przedstawicielowi Wykonawcy odbierającemu zużyte źródła komplet

dokumentów do ZUOP.” Zamawiający nie przyjmuje propozycji podpunktów: a), b), c) i d) ponieważ ZUOP nie zatwierdza tego typu dokumentów a mogą być też wymagane inne.

4. We wzorze umowy w 5 ust. 2 prosimy o zmianę cyfr „3” na cyfrę „14”. Producent w Ogólnych Warunkach Dostaw zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienił odpowiednie postanowienie w projekcie umowy – w załączeniu.

5. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę z terminem płatności 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT?

**Odpowiedź:**

W Projekcie umowy w §3 ust. 3.5 otrzymuje nowe brzmienie: „Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do **30** dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.”

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza oferty i umieszczenie w nim w sekcji CENA dwóch pozycji:  
- dostawa źródeł z VAT-em 8%  
- usługa transportu specjalnego do ZUOP z VAT-em 23%

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza oferty (i później odpowiedni wzoru umowy) w przypadku zróżnicowanych stawek w at na poszczególne składniki zamówienia.


7. Czy w przetargu na dostawę źródeł izotopowych oraz transport odpadów promieniotwórczych dopuszcza się składanie ofert częściowych ?

**Odpowiedź:**

Nie. Połączenie w jednym postępowaniu dostawy nowych źródeł z jednoczesnym odbiorem do transportu źródeł kwalifikujących się do odpadów promieniotwórczych jako zużyte, zamknięte źródła promieniotwórcze gwarantuje:

- a) zapewnienie ciągłości właściwej pracy aparatu PET,  
b) spełnienie warunków Zezwolenia wydanego dla DCO przez Prezesa PAA.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycyjno-Exploatacyjnych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
  
Grzegorz Stryjeński