

Wrocław, dnia 30.11.2017 r

EZP/2502/17

Strona www.dco.com.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy w salach Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

ZP/PN/92/17/LAM/AW

W związku z przetargiem nr ZP/PN/92/17/LAM/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38, ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia i SIWZ jak następuje.

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt 31 Tabeli technicznej – Czy Zamawiający mógłby podać wymiary aktualnie posiadanego otworu w ścianie do montażu sterownika ściennego?

ODPOWIEDŹ: Wymiary otworu w ścianie: 180 mm x 130 mm (obrys aktualnie posiadanego sterownika – do zakrycia montażem na ścianie: prostokąt o wymiarach 215 mm x 165 mm)

Pytanie nr 2

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji jakiego rodzaju strop znajduje się w pomieszczeniach w których mają być zamontowane lampy oraz jakiej jest grubości?

ODPOWIEDŹ: Nad Blokiem Operacyjnym wykonany jest żelbetowy strop typu Filigran (grubości 20 cm) , połączony monolitycznie z ryglami ram i oparty na ścianach za pomocą wieńców.

Pytanie nr 3

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji jakiego rodzaju pomieszczenia znajdują się nad salami w których mają zostać zamontowane lampy operacyjne i z czego wykonana jest w nich podłoga?

ODPOWIEDŹ: Nad salą operacyjną nr 1 znajduje się maszynownia wywiewna. Przekrój przez strop dolny maszynowni przedstawia się następująco; strop Filigran 20 cm; papa na lepiku 1,0cm; półtwarde płyty z wełny mineralnej 19 cm; podkład cementowy zbrojony siatką 5 cm ; posadzka cementowa 1 cm.

Nad salami nr 2, 3 i 4 wykonany jest stropodach. Przekrój stropu nad salami: strop Filigran 20 cm; papa na lepiku 1,0cm; płyty z wełny mineralnej SUPERROCK 22 cm.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji którego producenta i jaki model lampy operacyjne znajdują się obecnie w miejscach montażu nowych lamp?

ODPOWIEDŹ: Lampy operacyjne bezcieniowe z satelitą LC-500 firmy Steris z ramieniem z monitorem medycznym.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków montażu - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu montażu lamp w terminie dogodnym dla wszystkich stron tj. wyznaczenie min. kilku dni w których możliwe będzie przeprowadzenie wizji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i prosi o ustalenie terminu pod numerem 71 3589 353 zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy warunków montażu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odejście od wymogu wymiany przewodów zasilających i zabezpieczeń lamp operacyjnych, monitorów i tablic sterujących lamp? Pragniemy zwrócić uwagę, że jeśli ww. okablowanie nie jest starsze niż 20-25lat, jego wymiana w takim przypadku jest zupełnie zbędna. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że wymiana takiego okablowania wiąże się z dodatkowymi kosztami.

ODPOWIEDŹ: Jako tablice sterujące lamp Zamawiający rozumie sterowniki ściennie konieczne do wymiany i związane jako całość z dostarczaną lampą operacyjną. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić posiadane monitory na nowe monitory medyczne full HD o przekątnej minimum 24" do podłączenia złączem HD-SDI (będącym teraz w ramionach lampy) do współpracy z posiadanym systemem integracji sali operacyjnej: Zeus.

Zamawiający nie wyraża zgody na odejście od wymogu wymiany przewodów zasilających i zabezpieczeń lamp operacyjnych, monitorów i tablic sterujących lamp.

Pytanie nr 7

Dotyczy warunków montażu – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt 11 Załącznika nr 7 do SIWZ (wymagania montażowe) ma na myśli wymianę przewodów zasilających i zabezpieczeń lamp, monitorów i tablic sterujących a nie wymianę samych monitorów i tablic sterujących?

ODPOWIEDŹ: Jako tablice sterujące lamp Zamawiający rozumie sterowniki ściennie. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest je wymienić. Wymienić także posiadane monitory na nowe monitory medyczne full HD o przekątnej minimum 24" do podłączenia złączem HD-SDI (będącym teraz w ramionach lampy) do współpracy z posiadanym systemem integracji sali operacyjnej: Zeus.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków montażu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odejście od wymogu zawartego w pkt 15a Załącznika nr 7 do SIWZ (wymagania montażowe) przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę posiadanych kwalifikacji w zakresie uprawnień do

kierowania robotami budowlanymi? Pragniemy zwrócić uwagę, że takowe uprawnienia są zbędne ponieważ jedynymi pracami budowlanymi w zakresie niniejszego postępowania jest montaż lamp operacyjnych do których Wykonawca musi posiadać uprawnienia producenta lamp. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania świadectw kwalifikacyjnych „E” i „D” które faktycznie w przypadku wymiany okablowania są niezbędne i ten wymóg jest w zupełności wystarczający.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w SIWZ odnośnie posiadanych przez Wykonawcę kwalifikacji.

Pytanie nr 9

Dotyczy warunków montażu – Na podstawie Załącznika nr 7 do SIWZ (wymagania montażowe), wnosimy, że Zamawiający posiada monitory do których chce wymienić okablowanie. W związku z tym w przypadku braku zgody Zamawiającego na odejście od wymogu okablowania prosimy o udzielenie informacji jakimi monitorami (model i typ) dysponuje Zamawiający, jakiego rodzaju zasilanie posiadają i w jakie gniazda sygnałowe są wyposażone wspomniane monitory?

ODPOWIEDŹ: W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić posiadane monitory na nowe monitory medyczne full HD o przekątnej minimum 24” do podłączenia złączem HD-SDI (będącym teraz w ramionach lampy) do współpracy z posiadanym systemem integracji sali operacyjnej: Zeus.

Pytanie nr 10

Dotyczy warunków montażu – Czy w przypadku odejścia przez Zamawiającego od wymogu wymiany przewodów zasilających i zabezpieczeń lamp operacyjnych, monitorów i tablic sterujących Zamawiający będzie oczekiwał wykonania testów elektrycznych?

ODPOWIEDŹ: Testy elektryczne (elektryczne pomiary ochronne zgodnie z SIWZ) są bezwzględnie wymagane obowiązującymi przepisami (nawet w sytuacji nie wymieniania przewodów i zabezpieczeń, na co Zamawiający już wcześniej nie wyraził zgody).

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt 14, §9 Umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin? Pragniemy zwrócić uwagę, że 24 godziny to zbyt krótki termin na podjęcie reakcji polegającej na wstępnej diagnozie usterki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, reakcja serwisu jest warunkiem udziału w postępowaniu i możliwość wyłączenia sali na kilka dni zatrzymałaby wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych.

Pytanie nr 12

Dotyczy pkt pkt 15, §9 Umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych i do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy pkt pkt 15.1, §9 Umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odejście od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż max. terminy określone przez Zamawiającego? Pragniemy zwrócić uwagę, że dostarczenie sprzętu zastępczego dla sprzętu montowanego na stałe jest niezwykle trudnym zadaniem logistycznym, które znacznie zwiększa koszty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w takim wypadku lampy na podstawie jezdnej umożliwiającej przeprowadzanie zabiegów.

Pytanie nr 14

Dotyczy SIWZ pkt.5 warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który w tym roku przejął dystrybucję lamp operacyjnych serii Aurinio firmy TRILUX Medical GmbH & Co KG i może wykazać się dostawą dwóch zamówień sprzętu medycznego o wartości 200 000,00 zł ?

ODPOWIEDŹ: Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści lampę ze sterownikiem membranowym, powszechnie stosowanym w tego typu urządzeniach ze względu na szczelność oraz wysoką odporność na środki dezynfekujące ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ, przy zapewnieniu trwałości membrany przez cały okres użytkowania.

Pytanie nr 16

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści lampę z elektroniczną regulacją natężenia światła realizowaną w 8 krokach w zakresie 48 000 – 160 000 Lux ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ niezmienny, podana dolna granica zakresu jest zbyt wysoka.

Pytanie nr 17

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stałą temp. barwową wynoszącą 4500 K ?
Jest to temperatura barwowa światła naturalnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 18

Poz. 18 i 19

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z parametrami Ra=96 oraz R9=96 ?
Wymóg ustanowiony przez Zamawiającego jest obecnie spełniony przez jednego producenta na rynku. Uniemożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych co stoi w opozycji do Ustawy PZP w zakresie równego traktowania oferentów, zachowania konkurencyjności ofert oraz należytego sporządzenia przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ niezmienny, zapisana w nim wartość odwzorowania barw i odcieni czerwieni jest charakterystyczna dla współcześnie stosowanych, nowoczesnych źródeł LED. Zaproponowana wartość charakteryzuje poprzednią generację LED i nie jest dopuszczona przez Zamawiającego. Aplikacja specjalistyczna oświetlenia operacyjnego wymaga zastosowania szczególnie wysokich wartości odwzorowania obu wskaźników. Odwzorowanie barwy czerwonej jest parametrem krytycznym w procedurach chirurgicznych i nie powinien w ogóle podlegać dyskusji.

Pytanie nr 19

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia L1+L2(20%) na poziomie 1100 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej głębokości pola operacyjnego w trudnych operacjach onkologicznych u coraz częściej występujących pacjentów z otyłością olbrzymią.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z białym oświetleniem ednoskopowym ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, oczekuje wyposażenia w ogólnie stosowane w Polsce i na świecie oraz dostarczane przez większą część producentów zielonego oświetlenia do zabiegów endoskopowych. Zapisy pozostają jak w SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści lampę, w której każda z czasz jest zbudowana z 6 segmentów świetlnych: 1 centralny i 5 umieszczonych dookoła segmentu centralnego z wolnymi przestrzeniami pomiędzy ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego. Każda z czasz wyposażona w dookólny uchwyt brudny zintegrowany z poszczególnymi reflektorami, umożliwiającą wsunięcie całej dłoni pomiędzy wolne przestrzenie i pewny uścisk dłoni chirurga.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy o dopuszczenie lampy, w której czasie lampy są wyposażone w panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy. Jest do rozwiązanie bardzo często stosowane przez producentów lamp medycznych. W niczym nie ustępuje pod względem funkcjonalności o wymagania Zamawiającego. Prosimy uznać takie rozwiązanie za równoważne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuści lampę ze zmienną temperaturą barwową w zakresie 3700K-4700K?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza podaną wartość obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 24

Prosimy o dopuszczenie lampy, w której sumaryczny pobór mocy (dwie czasze plus kamera) nie przekracza 154 W. Jest to parametr w minimalnym stopniu odbiegający od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza podaną wartość obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 25

Prosimy o dopuszczenie lampy wyposażonej w oświetlenie endoskopowe koloru białego. Oświetlenie to dzięki odpowiedniemu rozproszeniu cząsteczek światła spełnia swoją funkcję.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 24”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza podaną wielkość obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną z technologią świetlną, w której światłom pada bezpośrednio na odbłyśnik, a po odbiciu od odbłyśnika pada na pole operacyjne. Z punktu widzenia użytkownika rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonalność oraz użytkowanie lampy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną nie posiadającą funkcji kompensacji zjawiska starzenia się diod led? Proponowana lampa operacyjna stosuje technologię led która gwarantuje stałość parametrów w gwarantowanym przez producenta okresie czasu pracy wynoszącym 60 000 h.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający do zaoferowania lampę operacyjną wieloboku foremne na bazie trójkąta o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 70x80 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z maksymalną wagą czaszy wynoszącą 18 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z panelem sterowania wyposażonym w klawiaturę membranową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ, przy zapewnieniu trwałości membrany przez cały okres użytkowania.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze skokową regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ niezmienny, podana dolna granica zakresu jest zbyt wysoka.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500K?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 96?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ niezmieniony, zapisana w nim wartość odwzorowania barw i odcieni czerwieni jest charakterystyczna dla współcześnie stosowanych, nowoczesnych źródeł LED. Zaproponowana wartość charakteryzuje poprzednią generację LED i nie jest dopuszczona przez Zamawiającego. Aplikacja specjalistyczna oświetlenia operacyjnego wymaga zastosowania szczególnie wysokich wartości odwzorowania obu wskaźników. Odwzorowanie barwy czerwonej jest parametrem krytycznym w procedurach chirurgicznych i nie powinien w ogóle podlegać dyskusji.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej R9 wynoszącym 96?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ niezmieniony, zapisana w nim wartość odwzorowania barw i odcieni czerwieni jest charakterystyczna dla współcześnie stosowanych, nowoczesnych źródeł LED. Zaproponowana wartość charakteryzuje poprzednią generację LED i nie jest dopuszczona przez Zamawiającego. Aplikacja specjalistyczna oświetlenia operacyjnego wymaga zastosowania szczególnie wysokich wartości odwzorowania obu wskaźników. Odwzorowanie barwy czerwonej jest parametrem krytycznym w procedurach chirurgicznych i nie powinien w ogóle podlegać dyskusji.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę operacyjną z wgłębnością oświetlenia L1+L2 wynoszącą 1 100 mm?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej wgłębności pola operacyjnego w trudnych operacjach onkologicznych u coraz częściej występujących pacjentów z otyłością olbrzymią.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lamę operacyjną z czaszami ze szczelnością w klasie IP 42?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

dr n. med. Ireneusz Pawlak