

Wrocław, 22.03.2018r.

EZP/708/18

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaskiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1) oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

**znak sprawy ZP/PN/15/18/LZE/AW**

W związku przetargiem nr ZP/PN/15/18/LZE/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uzupełnia SIWZ i wyjaśnia w niżej opisany sposób.

#### 1. SIWZ – Część 5 pkt 5.1.2.1. SIWZ.

Zamawiający warunkuje udział w postępowaniu m. in od posiadania przez wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie „serwisowania” akceleratorów, symulatorów, systemu rtg OBI, afterloaderów HDR oraz źródeł do nich. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz. U.2017.576 z póź. zm.) zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wymaga wykonywanie działalności wskazanej w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Katalog działalności zawarty w art. 4 ust. 1 Prawa atomowego, dla wykonywania których wymagane jest zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, nie zawiera działalności w zakresie „serwisowania” a jedynie na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz obrocie, instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze a także obrocie źródłami promieniotwórczymi do tych urządzeń.

W związku z powyższym prosimy o skorygowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w sposób następujący:

„Pakiet nr 1 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 276) dla Wykonawcy w zakresie:

- uruchamiania akceleratorów liniowych Clinac i TrueBeam
- uruchamiania symulatorów rtg Acuity
- uruchamiania systemu rtg OBI dla akceleratorów liniowych
- instalowania, obsługi i obrotu afterloader’ami HDR oraz źródłami radioaktywnych do nich”

### Odpowiedź na pytanie nr 1

W istocie nastąpiła pomyłka. Zezwolenia PAA nie dotyczą serwisowania, a działalności jaką wyżej podaje Wykonawca. Natomiast usługa „serwisowania” jest autoryzowana przez producenta sprzętu co jest wymagane w p. 5.1.3.1.a) i b) SIWZ. A zatem zapis w 5.1.2.1 SIWZ powinien brzmieć:

5.1.2.1. Pakiet nr 1 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 276) dla Wykonawcy w zakresie **uruchamiania**:

- akceleratorów liniowych Clinac i TrueBeam
- symulatorów rtg Acuity
- systemu rtg OBI dla akceleratorów liniowych Clinac / TrueBeam

oraz w zakresie **instalowania i obsługi** afterloader’ów HDR, a także w zakresie **przywozu i wywozu źródeł radioaktywnych do nich oraz obrotu tymi źródłami**.

### 2. SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - Arkusz cenowy – Pakiet 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę pozycji 1.12 Pakietu 1 na poniższy:

"1.12 Systemy RPM Respiratory Gating – 2 szt. – zainstalowane w pracowni tomografu do planowania radioterapii Somatom Definition AS i tomografu w pracowni PET/CT"

System RPM Respiratory Gating akceleratora Clinac 3637 stanowi integralne wyposażenie akceleratora (zawiera się w cenie pozycji 1.2). Powyższe będzie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) (Akcelerator Clinac 3637, pozycja 1.2, System RPM Respiratory Gating wyposażenie akcelerator - pozycja 1.2.16).

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i zmienia zapis w p. 1.12 w załączniku nr 2 Arkusz Cenowy następująco:

1.12 <b>Systemy RPM Respiratory Gating – 3 2 szt.</b> – zainstalowane w pracowni tomografu do planowania radioterapii Somatom Definition AS i tomografu w pracowni PET/CT oraz w pracowni akceleratora Clinac nr ser. 3637	od dnia podpisania umowy
--	--------------------------

### 3. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1 i 2 – § 4 ust. 4.10-4.12 WUP1 w zw. z Częścią 3 pkt 3.6 SIWZ.

Postanowienie § 4 ust. 4.10-4.12 WUP1 regulują kwestie związane z wymogiem „zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia”.

Zgodnie natomiast z treścią Części 3 pkt 3.6 SIWZ Zamawiający „wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie osoby z wyjątkiem kierownika prac serwisowych oraz inżynierów serwisowych (dot. każdego z pakietów)”.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zgodnie z treścią Części 3 pkt 3.6 SIWZ obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy inżynierów serwisowych realizujących przedmiot zamówienia określony w Pakiecie nr 1 oraz osoby pełniącej obowiązki kierownika działu serwisu Wykonawcy, a co za tym idzie postanowienia § 4 ust. 4.10-4.12 nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy czynność w zakresie realizacji zamówienia objętego Pakietem 1 wykonywać będą inżynierowie serwisu.

Dodatkowo Zamawiający w związku z treścią art. 29 ust. 3a Pzp proszony jest o potwierdzenie, że Część 3 pkt 3.6 SIWZ nie znajduje zastosowania do realizacji zamówienia opisanego w Pakiecie nr 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczyć może zamówień na usługi lub roboty budowlane.

Ewentualnie Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zgodnie z treścią Części 3 pkt 3.6 SIWZ obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy inżynierów serwisowych realizujących przedmiot zamówienia określony w Pakiecie nr 2 oraz osoby pełniącej obowiązki kierownika działu serwisu Wykonawcy.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie zgodnie z sugestią Wykonawcy Zamawiający zmienia treść pkt 3.6. na następujący:

- 3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: **wszystkie osoby z wyjątkiem kierownika prac serwisowych oraz inżynierów serwisowych (dot. Pakietu nr 1)**. Wymagania w zakresie z art. 36 ust. 2pkt 8a ustawy opisano we wzorze umowy.

#### 4. SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - Pakiet 1 - HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH w r. 2018.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z harmonogramu przeglądów aparatu Halcyon (s/n 1018) oraz VitalBeam. Serwis aparatu Halcyon oraz aparatu VitalBeam nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

Faktycznie serwis w/w akceleratorów nie jest przedmiotem postępowania. Niemniej jednak przeglądy okresowe tych akceleratorów posiadanych przez Zamawiającego będą wykonywane w tych terminach. Zamawiający usuwa zatem nazwy akceleratorów z załącznika nr 4 do umowy zastępując je zwrotem „termin zajęty”

**5. SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - Pakiet 1 - 6.14 Naprawy w przypadku wystąpienia awarii akceleratora lub serwera systemu Aria uniemożliwiających ich wykorzystanie**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie, określonego w punkcie d) (6.14) do 4 godzin.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający zgadza się częściowo na wydłużenie terminu reakcji i modyfikuje w §6 ust. 14 tiret 1.

Jednocześnie, w związku z pytaniem nr 10, Zamawiający zmienia też zapis w tiret 2:

„d) Czas reakcji na zgłoszenie, tj. konsultacja telefoniczna lub e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ust. 6.4. niniejszego paragrafu nastąpi:

- do ~~2~~ **3** godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14.30
- do godz. 10 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po ~~15.00~~ 14.30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny”

**6. SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Dodatek A oraz Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - Pakiet 1 - Harmonogram płatności.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego na datę podpisania umowy. Obecnie wpisana data "2018-04-01" przypada na dzień przed złożeniem oferty do niniejszego postępowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający zastrzegł w Załączniku nr 4 do SIWZ w uwadze nad tabelą harmonogramu, że „(zostanie dostosowany do faktycznych terminów przy zawieraniu umowy)”. Nie ma więc powodu, aby poprawiać daty na obecnym etapie postępowania.

**7. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.2 pkt 6.2.2 WUP1**

Aby zapewnić efektywność współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w realizacji przeglądów Zamawiający proszony jest o zmianę treści punktu 6.2.2 WUP1 w ten sposób, aby otrzymał on brzmienie:

„6.2.2. Terminy określone w Harmonogramie Przeglądów mogą ulec zmianie na wniosek Wykonawcy wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Zamawiający może zmienić termin przeglądu określony w Harmonogramie Przeglądów po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, chyba że na 7 dni przed terminem przeglądu wskazanym w Harmonogramie Przeglądów pisemnie zawiadomi Wykonawcę o konieczności zmiany terminu. W każdym z przypadków, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz drugim nowy termin przeglądu zostanie przez Strony uzgodniony

pisemnie. Za formę pisemną Strony uznają wymianę oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Stron podane odpowiednio w ust. 6.3 niniejszego paragrafu.”;

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający wskazał formę komunikacji w p. 6.3 i nie widzi powodu, aby ją powtarzać w p. 6.2.2. Natomiast, uwzględniając wniosek Wykonawcy o dookreślenie terminu zgłoszenia, Zamawiający uzupełnia zapis w p. 6.2.2 następująco:

„6.2.2 Terminy określone w Harmonogramie Przeglądów mogą ulec zmianie wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na zmianę terminu przeglądu. Zamawiający może zmienić termin określony w Harmonogramie Przeglądów po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o konieczności zmiany terminu. Strony pisemnie uzgodnią nowy termin dokonania przeglądu.

Zamawiający może zmienić termin przeglądu określony w Harmonogramie Przeglądów po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, chyba że na co najmniej 7 dni przed terminem przeglądu wskazanym w Harmonogramie Przeglądów pisemnie zawiadomi Wykonawcę o konieczności zmiany terminu. W każdym z przypadków, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz drugim nowy termin przeglądu zostanie przez Strony uzgodniony pisemnie.”

#### **8. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.2 pkt 6.2.3 zdanie pierwsze WUP1.**

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy „maksymalnie 8-godzinnej asysty personelu Wykonawcy, w dniu następującym po zakończeniu przeglądu akceleratora lub symulatora lub afterloadera podczas pomiarów kontrolnych” wykonywanych przez fizyków ZFMZ. Ujęcie obowiązku świadczenia asysty w tak ogólny sposób będzie mieć zasadniczy wpływ na sporządzenie oferty w szczególności w zakresie ceny.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie w jakim terminie od zakończenia przeglądu fizycy ZFMZ zobowiązani będą do przystąpienia do wykonywania pomiarów (np. przegląd zakończony do godz. 15 w dniu terapeutycznym pomiary zaczynają się do 1 godziny od zakończenia przeglądu, przegląd zakończony po godz. 15 w dniu terapeutycznym lub zakończony w dniu innym niż dzień terapeutyczny o godz. 18 pierwszego dnia terapeutycznego po zakończeniu przeglądu), z zastrzeżeniem, że nie przystąpienie w tym terminie do pomiarów przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku świadczenia asysty.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający zakłada, że przegląd okresowy akceleratora trwa 2 dni, przegląd okresowy symulatora 2x pół dnia, natomiast przegląd okresowy afterloadera (wraz z wymianą źródła izotopowego) – jeden dzień. Zamawiający doprecyzowuje zapis w ust. 6.2.3 następująco:

„6.2.3 Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy od godz. 11:00 w dniu następnym po zakończeniu przeglądu akceleratora, ~~lub symulatora lub afterloadera~~, podczas pomiarów kontrolnych wykonywanych przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego ~~(dotyczy akceleratorów i symulatorów)~~.”

Wykonawca zapewnia max. 4 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy od godz. 17:00 w dniu drugim przeglądu symulatora, podczas pomiarów kontrolnych wykonywanych przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia max. 4 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy po zakończeniu przeglądu afterloadera HDR, do czasu zakończenia pomiarów mocy dawki RAKR źródła izotopowego i porównania z dostarczonym wraz ze źródłem świadectwem legalizacji.

Z asysty wyłączone są dni Świąt Wielkanocnych (sobota, niedziela i poniedziałek), Świąt Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia), Nowego Roku (1 stycznia) i Wszystkich Świętych (1 listopada).”

9. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.2 pkt 6.2.3 zdanie drugie WUP1.**  
Pkt 6.2.3 zdania 2 stanowi, że: „Z asysty wyłączone są dni Świąt Wielkanocnych (sobota, niedziela i poniedziałek), Świąt Bożego Narodzenia (24,25 i 26 grudnia), Nowego Roku (1 stycznia) i Wszystkich Świętych (1 listopada)”. Niejednoznaczna treść postanowienia może prowadzić do odmiennych jego interpretacji co do zakresu obowiązku zapewnienia asysty w dni wyłączone wskazane w tym przepisie. W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie czy w przypadku, kiedy zakończenie przeglądu następuje na dzień przed dniem wyłączonym, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia asysty, o której mowa w zdaniu pierwszym (tj prace pomiarowe nie wymagają asysty Wykonawcy) ewentualnie jasne określenie obowiązków Wykonawcy co do świadczenia asysty w taki sposób aby możliwe było sporządzenie przez Wykonawcę oferty (np. pomiary, przy których wymagana jest asysta Wykonawcy wykonywane są w terminie jasno wskazanym w treści umowy).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Nawet bardzo pobieżna analiza załączonej propozycji „Harmonogramu” wykazuje, że zapisane w nim terminy starannie omijają święta wymienione w pytaniu Wykonawcy. Oczywiście dla Wykonawcy powinno być, iż Zamawiający nie wymaga asysty w w/wym dni. Zamawiający pozostawia ten zapis bez zmian.

10. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.14 lit. d) WUP1.**  
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że godz. 15 podana w tirecie 2 lit. d) jest poprawna, ewentualnie o skorygowanie tej godziny na godz. 14:30 co pozwoli zachować ciągłość regulacji dot. konsultacji zgłoszenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający poprawił godzinę w odpowiedzi na pytanie nr 5.

**11. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.14 lit f) WUP1**

W związku z brakiem ustawowych regulacji dotyczących sposobów liczenia terminów w godzinach, Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie sposobu liczenia terminu określonego w godzinach w dniach terapeutycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dniem następnym po dniu i godzinie zgłoszenia określonych w p.6.14 lit. a) jest dzień terapeutyczny, to ilość godzin jaką Wykonawca zadeklaruje oznacza kolejne godziny następujące po sobie; jeśli zaś dniem następnym po dniu i godzinie zgłoszenia nie jest dzień terapeutyczny, to ilość godzin jaką Wykonawca liczona jest tylko w dniu/dniach terapeutycznym/ch od godz. 0.00 do godz. 24.00. Przykładowo, jeśli zgłoszenie awarii w Filii wpłynęło w piątek o godz. 15.30, to 24 godziny upłyną we wtorek o godz. 8.00, a jeśli wpłynęło w piątek o godz. 10.00, to 24 godziny upłyną w poniedziałek o 10.00. Natomiast jeśli zgłoszenie awarii w siedzibie Zamawiającego wpłynęło o godz. 15.30 w piątek, to 24 godziny upłyną w poniedziałek o godz. 8.00 – zgodnie z definicją dni terapeutycznych w ust. 6.14. b) oraz wyznaczeniem dnia i godziny zgłoszenia w sposób opisany w ust. 6.14.a).

**12. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.14 lit l) zdanie pierwsze WUP1**

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy „maksymalnie 8-godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy, w godz. między 8:00 a 22:00 w dniu zakończenia naprawy lub w dniu następnym, jeśli w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (...) przez fizyków ZFMZ”.

Ujęcie obowiązku świadczenia asysty w tak ogólny sposób będzie mieć zasadniczy wpływ na sporządzenie oferty w szczególności w zakresie jej ceny.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie w jakim terminie od zakończenia naprawy fizycy ZFMZ zobowiązani będą do przystąpienia do sprawdzenia parametrów wiązki (np. naprawa zakończona do godz. 14 pomiary zaczynają się niezwłocznie po zakończeniu naprawy, naprawy zakończone po godz. 14 sprawdzenie parametrów wiązki rozpoczyna się dnia następnego po zakończeniu naprawy od godz. 18), z zastrzeżeniem, że nie przystąpienie w tym terminie do sprawdzenia parametrów wiązki przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku świadczenia asysty.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający uściśla zapis w § 6 ust 6.14 lit l) zdanie pierwsze następująco:

„l) Po zakończeniu naprawy Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy w godz. między ~~8:00 a 22:00~~ 14:00 a 22:00 w dniu zakończenia naprawy, jeśli naprawa zakończy do godz. 14; lub - jeśli naprawa zakończy po godz. 14 – w dniu następnym w godz. 8:00 a

16:00, jeśli w przypadku gdy w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego. Z asysty wyłączone są dni Świąt Wielkanocnych (sobota, niedziela i poniedziałek), Świąt Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia), Nowego Roku (1 stycznia) i Wszystkich Świętych (1 listopada). Czas pomiarów nie asysty wykazany w raporcie (protokole) serwisowym jest zaliczany do czasu naprawy.”

- 13. SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust. 6.15 lit. h) zdanie pierwsze WUP1**
- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy po zakończeniu naprawy akceleratora „maks. 8-godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy, w godz. między 8:00 a 22:00, jeśli w wyniku konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (...) przez fizyków ZFMZ w dniu zakończenia naprawy lub w następnym”.
- Ujęcie obowiązku świadczenia asysty w tak ogólny sposób będzie mieć zasadniczy wpływ na sporządzenie oferty w szczególności w zakresie jej ceny.
- W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie w jakim terminie od zakończenia naprawy fizycy ZFMZ zobowiązani będą do przystąpienia do sprawdzenia parametrów wiązki (np. naprawa zakończona do godz. 14 pomiary zaczynają się niezwłocznie po zakończeniu naprawy, naprawy zakończone po godz. 14 sprawdzenie parametrów wiązki rozpoczyna się dnia następnego po zakończeniu naprawy od godz. 18), z zastrzeżeniem, że nie przystąpienie w tym terminie do sprawdzenia parametrów wiązki przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku świadczenia asysty.
- Zamawiający proszony jest też o usunięcie z treści przepisu powtórzeń treści.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający koryguje zapis w § 6 ust 6.15 lit h) zdanie pierwsze analogicznie, jak w odpowiedzi na pytanie nr 12, usuwając jednocześnie omyłkowe powtórzenie:

„h) Po zakończeniu naprawy akceleratora Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy w godz. między ~~8:00 a 22:00~~ 14:00 a 22:00, ~~jeśli w jej wyniku konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki, itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego.~~ w dniu zakończenia naprawy, jeśli naprawa zakończy do godz. 14; lub - jeśli naprawa zakończy po godz. 14 – w dniu następnym w godz. 8:00 a 16:00, jeśli w przypadku gdy w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego. Z asysty wyłączone są dni Świąt Wielkanocnych (sobota, niedziela i poniedziałek), Świąt Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia), Nowego Roku (1 stycznia) i Wszystkich Świętych (1 listopada). Czas pomiarów nie asysty wykazany w raporcie (protokole) serwisowym jest zaliczany do czasu naprawy.”



14. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 6 ust 6.16 pkt h) WUP1 w związku z lit. a) tego ustępu.**

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że udostępnienie sprzętu do naprawy nastąpi (...) w następnym dniu terapeutycznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający potwierdza.

15. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 8 ust 8.1 WUP1**

Z uwagi m.in. na realizację przedmiotu umowy przy współdziałaniu Zamawiającego (np. udostępnienie sprzętu) Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne, o których mowa w § 8 ust 8.1 WUP1 należne będą Zamawiającemu w przypadku opóźnień, o których mowa w lit. a), b), d) tego ustępu, wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ewentualnie zwłoki Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający potwierdza, że kary umowne naliczane będą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

16. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 8 ust 8.10 WUP1**

W związku z zastrzeżonym prawem Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, Zamawiający proszony jest o dodanie po ust. 8.9 ust. 8.9a w brzmieniu:

„8.9a. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o naliczonej karze umownej z podaniem jej wysokości oraz przyczyny naliczenia pod rygorem braku prawa do potrącenia z kwoty wynagrodzenia kwot kar umownych co do których nie został spełniony obowiązek pisemnego powiadomienia Wykonawcy.”.

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w §8 ust. 8.9a w brzmieniu:

„8.9a. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o naliczonej karze umownej – w terminie 7 dni od naliczenia kary lub rozpoczęcia naliczania kary – z podaniem jej wysokości oraz przyczyny naliczenia pod rygorem braku prawa do potrącenia z kwoty wynagrodzenia kwot kar umownych co do których nie został spełniony obowiązek pisemnego powiadomienia Wykonawcy.”.

17. **SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 1– § 15 pkt 15.4 WUP1**

Z uwagi na fakt, iż przeniesienie składników z jednego serwisowanego urządzenia na inne wiąże z dodatkowymi znacznymi kosztami finansowymi, które należałoby skalkulować w cenie oferty - a z

uwagi na brak informacji co do liczby, terminów i w ogóle możliwości ewentualnych przeniesień składników - oszacowanie tak opisanego elementu przedmiotu zamówienia nie jest możliwe w ramach niniejszego postępowania. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów ustępu 15.4 w całości.

#### Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający usuwa zapis w § 15 pkt 15.4.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje w Arkuszu Cenowym poz. 1.2 dodając poz. 1.2.a) jak niżej:

1.2 <b>Akcelerator Clinac 2100 CD nr ser. 3637</b> (rok inst. 2007, oznaczenie w DCO „F”) o energiach wiązki fotonowej 6 i 10 MV oraz wiązek elektronowych 6,9,12,16 i 20 MeV – bez zestawu Respiratory Gating wymienionego w poz. 1.2.16 Załącznika nr 1 do umowy	od dnia podpisania umowy	
1.2.a) <b>zestaw Respiratory Gating</b> akceleratora Clinac 2100 CD nr ser. 3637 opisany w poz. 1.2.16 Załącznika nr 1 do umowy	od dnia podpisania umowy	

oraz uzupełnia Załącznik nr 7 do SIWZ dodając ust. 8 o następującej treści:

#### 8. Przeinstalowanie zestawu Respiratory Gating

W ramach ceny umowy Wykonawca przeinstaluje zestaw Respiratory Gating wymieniony w poz. 1.2.16 z akceleratora Clinac #3637 w siedzibie Zamawiającego na akcelerator Clinac #4069 w Filii Zamawiającego w Jeleniej Górze. Przeinstalowanie obejmuje deinstalację w siedzibie Zamawiającego, przewiezienie do w/w Filii, zainstalowanie w bunkrze akceleratora Clinac #4069 i uruchomienie zestawu. Przeinstalowanie nastąpi w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. Data przeinstalowania do ustalenia pomiędzy stronami umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca, w ciągu 7 dni po uruchomieniu przeinstalowanego zestawu, przeprowadzi jedno 2-godzinne szkolenie dla personelu w Filii Zamawiającego w Jeleniej Górze w zakresie korzystania z przeinstalowanego zestawu Respiratory Gating. Data i godzina szkolenia do ustalenia z personelem Filii Zamawiającego.

#### 18. SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, Wzór umowy - Pakiet 2 - §4 Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminów określonych w §4.

Proponowana zmiana:

Faza I - do 60 dni od podpisania Umowy, zakończona podpisaniem Protokołu odbioru częściowego

Faza II - do 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru częściowego.

#### Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §4 następująco:

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy opisany w § 2 zostanie wykonany do **90 dni od momentu podpisania Umowy**, z uwzględnieniem terminów szczegółowych:
    - 1.1. **Faza I** – dostawa, instalacja i uruchomienie Oprogramowania i Sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” – w terminie do **30 60 dni od podpisania Umowy, zakończona podpisaniem Protokołu odbioru częściowego**.
    - 1.2. **Faza II** – wykonanie pozostałych czynności Umowy tj. przeprowadzenie szkoleń wg poz. 11 w „Opisie przedmiotu zamówienia”, które zostaną zrealizowane w terminie **do 60 30 dni** po podpisaniu Protokołu Odbioru częściowego. **Faza II zostanie zakończona podpisaniem Protokołu odbioru końcowego**.
19. **SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 6 ust 1 WUP2**
- Obecna treść § 6 ust 1 stanowi, że: „Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (...)”. Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1.2 Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po zakończeniu Fazy II tj. po przeprowadzeniu szkoleń, które mogą być zrealizowane w terminie od dnia podpisania Protokołu częściowego potwierdzającego wykonanie Fazy I tj. dostawy, instalacji i uruchomienia Oprogramowania i Sprzętu. Dodatkowo zgodnie z § 8 ust. 5 do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty czy też uszkodzenia sprzętu (co może oznaczać, że wydanie i własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego). Tym samym treść § 6 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1.2 oraz § 8 ust. 5 Umowy wskazuje, że do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego Zamawiający nie będzie miał prawa do korzystania z Oprogramowania oraz Sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia objętego Pakietem nr 2.
- W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego nie będzie korzystał z Oprogramowania oraz Sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia objętego Pakietem nr 2 ewentualnie Zamawiający proszony jest o wprowadzenie odpowiednich zmian do umowy, zgodnie z którymi prawo do korzystania z Oprogramowania i Sprzętu (oraz wydanie Sprzętu Zamawiającemu w tym przejście na Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia) zostanie ujęte w odmienny sposób np. z momentem zakończenia Fazy I. Taka modyfikacja umowy zgodna byłaby z obecną treścią § 5 ust. 3 lit. a) Umowy, która stanowi, że Wykonawca wystawi Zamawiającemu 1-szą z faktur po zakończeniu Fazy I.
- W tym miejscu Wykonawca zastrzega, że zobowiązany będzie do wystawienia faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

#### Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wprowadza zmiany do w/w zapisów umowy:

W § 6 ust 1:

- „1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Częściowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bezterminowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania

dostarczonego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, funkcji Oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz Dokumentacji powstałej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:"

W § 8 ust 5:

„5. Do czasu dokonania odbioru końcowego częściowego Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej utraty czy też uszkodzenia Przedmiotu Umowy.”

**20. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2–§ 6 ust 4 WUP2**

Treść § 6 ust 4 budzi poważne wątpliwości co do jej znaczenia i nie może być zaakceptowana w proponowanej formie, ponieważ jakakolwiek modyfikacja Oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich twórcy.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o wykreślenie § 6 ust 4, ewentualnie zmianę jego treści nadając temu postanowieniu następujące brzmienie:

„4. Dla wszystkich aktualizacji Oprogramowania, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy stosuje się postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu.”.

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający wyraża zgodę i w § 6 ust 4, wprowadza zmianę nadając temu postanowieniu następujące brzmienie:

„4. Dla wszystkich aktualizacji Oprogramowania, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy stosuje się postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu.”.

**21. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 8 ust 10 WUP2**

Z uwagi na wymóg bezpośredniego współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą przy realizacji umowy brak jest uzasadnienia do całkowitego obarczania Wykonawcy pełną odpowiedzialnością w zachowaniu terminów wykonania Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o wykreślenie w § 8 całości w ust. 10;

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Wykonawca ma (po zmianie) wystarczająco długie terminy na dostawę i szkolenia. Wzór umowy bez zmian w §8 ust. 10

**22. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 9 ust 5 WUP2**

Zamawiający proszony jest o zmianę treści ustępu 5 w ten sposób, że jedynie przyczyny tkwiące w Przedmiocie Umowy mogą stanowić podstawę wymiany lub naprawy w ramach gwarancji. Obciążenie Wykonawcy obowiązkiem wymiany lub naprawy w przypadku każdego (jakiegokolwiek) uszkodzenia wykracza poza istotę i cel gwarancji.

### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Gwarancja zawsze dotyczy Przedmiotu Umowy, jednak wolą Zamawiającego jest gwarancja typu serwisowego, eliminujące wszelkie wady Przedmiotu umowy.

### **23. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 9 ust 5.2 WUP2**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w ramach naprawy gwarancyjnej Wykonawca będzie eliminował błędy oprogramowania z wyłączeniem błędów spowodowanych przez Zamawiającego (użytkownika).

### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

**Zamawiający wyraża zgodę i nadaje §9 ust. 5.2. następujące brzmienie:**

Naprawą gwarancyjną jest również eliminacja błędów Oprogramowania z wyłączeniem błędów spowodowanych przez Zamawiającego (użytkownika).

### **24. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 9 ust 5.3 WUP2**

Treść § 9 ust 5.3 wskazuje na wyraźny brak proporcjonalności pomiędzy odpowiedzialnością Wykonawcy, w przypadku dokonania przez niego naprawy w niepełnym zakresie, ale umożliwiającą korzystanie z przedmiotu zamówienia, a powstałymi niedogodnościami po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym postulujemy o wyłączenie możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną (przewidzianą stosowanie w § 10 ust 1.4 WUP2) w sytuacji dokonania przez niego naprawy w niepełnym zakresie, ale umożliwiającą korzystanie z przedmiotu zamówienia;

### **Odpowiedź na pytanie nr 24**

W §9 ust. 5 punkt 5.3 zostaje usunięty

### **25. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 9 ust 17 WUP2**

Postanowienie § 9 ust 17 w brzmieniu: „Czynności wymienione w niniejszym paragrafie wykonają upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w upoważnieniu opisanym w § 8 ust. 8 i 9.” skutkuje niemożliwością realizacji zamówienia bowiem nawet przy wskazaniu wszystkich inżynierów serwisowych w § 8 ust. 9 (ust. 8 tego samego paragrafu odnosi się do Zamawiającego), posiadających autoryzację w zakresie dot. systemu weryfikacji i zarządzania Aria, wciąż niemożliwym będzie wykonywanie świadczenia z tytułu gwarancji w stosunku do Sprzętu (serwer, przenośne stacje). Wykonawca nie jest w stanie przez kilkuletni okres gwarancji wskazać niezmiennej, imiennej listy osób uprawnionych do wykonywania czynności gwarancyjnych dot. Sprzętu. Pobocznie wskazać należy, że postanowienie to nie przewiduje również sytuacji, w której w okresie gwarancji może dojść do zmian kadrowych u Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o wykreślenie § 9 ust 17 gdyż uniemożliwia on realizację przedmiotowej umowy ze względów jak wskazano.

### **Odpowiedź na pytanie nr 25**

W §9 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

Czynności wymienione w niniejszym paragrafie **wykonuje personel Wykonawcy z wymaganymi prawem uprawnieniami**

### **26. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 10 ust 1.4 WUP2**

Z uwagi m.in. na realizację przedmiotu umowy przy współdziałaniu Zamawiającego (np. udostępnienie sprzętu) Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne, o których mowa w § 10 ust 1 WUP2 należne będą Zamawiającemu w przypadku opóźnień, o których mowa w lit. a), b), d) tego ustępu, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy ewentualnie zwłoki Wykonawcy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający potwierdza, że kary umowne naliczane będą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### **27. SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ „wzór umowy” Pakiet nr 2– § 10 ust 4 WUP2**

W związku z zastrzeżonym prawem Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, Zamawiający proszony jest o dodanie po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o naliczonej karze umownej z podaniem jej wysokości oraz przyczyny naliczenia pod rygorem braku prawa do potrącenia z kwoty wynagrodzenia kwot kar umownych co do których nie został spełniony obowiązek pisemnego powiadomienia Wykonawcy.”

### **Odpowiedź na pytanie nr 27**

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w §10 ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o naliczonej karze umownej – w terminie 7 dni od naliczenia kary lub rozpoczęcia naliczania kary – z podaniem jej wysokości oraz przyczyny naliczenia pod rygorem braku prawa do potrącenia z kwoty wynagrodzenia kwot kar umownych co do których nie został spełniony obowiązek pisemnego powiadomienia Wykonawcy.”.

### **28. SIWZ – Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Pakiet nr 2 - Dostawa**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści punktu 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia na poniższą:

„W okresie gwarancji – Wykonawca zapewni Zamawiającemu:

- 1) wsparcie w zakresie użytkowania przez Zamawiającego domyślnych raportów wbudowanych w system raportowania;
- 2) konsultację (pomoc) w zakresie tworzonych przez Zamawiającego indywidualnych raportów niezbędnych do analizy realizowanych procedur radioterapeutycznych.”

### **Odpowiedź na pytanie nr 28**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia odpowiednio treść p. 12 w Załączniku nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Pakiet nr 2 – Dostawa

### **Autokorekta**

Dodatkowo (poza powyższymi pytaniami) Zamawiający, biorąc pod uwagę zgłaszaną w pytaniach Wykonawcy potrzebę „doprecyzowania przedmiotu zamówienia”, modyfikuje §6 ust. 6.8 wzoru umowy (Pakiet 1) następująco:

„6.8 Wykonawca przeszkoli co najmniej ~~10-ciu~~ 12-tu pracowników Zamawiającego – w tym co najmniej po 2-3 osoby w każdej z dwóch Filii – w celu realizacji czynności „Pierwsza Pomoc” opisanych w załączniku Opis przedmiotu zamówienia. Szkolenia odbędą się w ciągu 30 dni od podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego lub w Filiiach Zamawiającego w Legnicy i w Jeleniej Górze odpowiednio do miejsc pracy personelu Zamawiającego. Daty szkoleń do ustalenia pomiędzy stronami umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Po przeszkoleniu Wykonawca wystawi dla personelu Zamawiającego odpowiednie imienne certyfikaty.”

Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami zamawiający wysłał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz **zmienia termin składania i otwarcia ofert** jak niżej w SIWZ pkt 11:


*11.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, pok. 312 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **9 kwietnia 2018 roku do godziny 12.00***

*11.3. Otwarcie ofert nastąpi **9 kwietnia 2017 r. o godz. 12.15** adres jw., sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.*

### **Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień są poprawione:**

- SIWZ – zmiana 22.03.2017,
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – zmiana 22.03.2018
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 1 - zmiana 22.03.2018
- Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 1 - zmiana 22.03.2018
- Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 - zmiana 22.03.2018
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - zmiana 22.03.2018

Zmiany oznaczono w trybie rejestru (edycji) zmian lub kolorem.

Z poważaniem  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZADANIOWA  
  
Krzysztof Pawlak