

Wrocław, dnia 28.03.2018 r

EZP/746/18

Strona www.dco.com.pl

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu związanych z:

- a) przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego – Pakiet 1
 - b) dostosowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla Zakładu Patomorfologii – Pakiet 2
- ZP/PN/20/18/IT/AW**

W związku z przetargiem nr ZP/PN/20/17/IT/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38, ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia SIWZ jak następuje.

Pytania i odpowiedzi:

Odnosnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Pakiet 1

Pytanie nr 1

Co Zamawiający miał na myśli (opz bud B) pkt 2.3.3 w stwierdzeniu czy urządzenia mają mieć moc średnią 3,5 kw czy mają mieć 3.5 kw na 2-gim biegu?

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Do wyceny w Pakiecie nr 2 należy przyjąć urządzenie, które ma mieć moc średnią 3,5 kW i takie będzie obowiązujące


Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami zamawiający wysłał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz **zmienia termin składania i otwarcia ofert** jak niżej w SIWZ pkt 11:

*11.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, pok. 312 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **5 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00***

*11.3. Otwarcie ofert nastąpi **5 kwietnia 2017 r. o godz. 10.15** adres jw., sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.*

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu



Grzegorz Stryński