

EZP/862/18

Wrocław, 18.04.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż trenażerów laparoskopowych, aparatu do dekontaminacji oraz kardiomonitorów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze z podziałem na 4 pakiety; ZP/PN/16/18/LAM/JG

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/16/18/LAM/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1– dotyczy pakietu nr 2 – Przenośne urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści nowy model urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze od 10 do 1000m³?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 – Przenośne urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia parametrów techniczno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego w przypadku złożenia katalogów autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego przez złożenie katalogów autoryzowanego dystrybutora.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2 – Przenośne urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń – 2 szt.

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklarację zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Jednocześnie Zamawiający dopisuje w pkt. 9 – Wadium, ppkt. 9.1. SIWZ wysokość wadium dla poszczególnych pakietów; tj. **Pakiet nr 1 – 2.700,00 zł, Pakiet nr 2 – 600,00 zł, Pakiet nr 3 – 1.000,00 zł, Pakiet nr 4 – 500,00 zł.**


W Projekcie umowy zmienia:


- zapis **§3, ust.13**, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca związany umową z Zamawiającym, zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do umowy, pt. „Informacja o zagrożeniach wynikających z działalności Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu podczas przebywania/wykonywania prac na jego terenie”. Wykonawca zobowiązany jest podpisać w/w załącznik z dniem zawarcia umowy”,

- zmienia nazwę załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie: „Informacja o zagrożeniach wynikających z działalności Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu podczas przebywania/wykonywania prac na jego terenie”.

Jednocześnie dołącza powyższy załącznik do Projektu umowy.

Zmieniona SIWZ oraz Projekt umowy znajdują się na stronie Zamawiającego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjeński

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz