

EZP/.....⁹⁰⁶...../18

Wrocław 10.05.2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem aparatury dla Pracowni Endoskopowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 17 pakietów, znak sprawy ZP/PN/26/18/LAM/JHP

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/26/18/LAM/JHP** Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie nr 6

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu 6. Zamawiający wymaga przy rękojeściach diody gwintowanej z dodatkowym zabezpieczeniem przed samowykręceniem. Czy Zamawiający dopuści rękojeść dwumodułową (rękojeść typ C) z diodą LED będącą zintegrowaną częścią modułu wkładu bateryjnego rękojeści o żywotności minimum 100 000 godzin (ten moduł wykręca się w celu sterylizacji zewnętrznej części), gdzie samowykręcenie nie jest możliwe?

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu 6. Zamawiający wymaga światłowodu o średnicy minimum 5 mm. Prosimy o podanie, gdzie ma być mierzona powyższa wartość.

Odpowiedz Zamawiającego

Przy ujściu światłowodu w łyżce laryngoskopowej.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu 6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako długość roboczą łyżek do trudnej intubacji – jak ma być mierzona powyższa wartość (110 mm w przypadku rozmiaru 3 i 135 mm w przypadku rozmiaru 4)?

Odpowiedz Zamawiającego

Długość robocza łyżki to część krzywizny łyżki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
mgr Bartłomiej Baskiewicz

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Jolanta Halańcz-Przełaska