

EZP/1190/18

Wrocław 05.06.2018

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz analizatora pomocniczego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych z podziałem na 2 pakiety, znak sprawy ZP/PN/43/18/LZDL/JHP**

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ w przetargu nr **ZP/PN/43/18/LZDL/JHP** Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada:

**Pytanie nr 1**

**Dot. Wymogów SIWZ**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: „**Na żądanie zamawiającego**, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ”

Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: „Zamawiający **może żądać od** wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.”

W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotowi, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do

żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – z zastrzeżeniem pkt. 6.11 SIWZ.**

**Zgodnie z pkt 6.17 SIWZ - Jeżeli wykonawca złoży ofertę wspólną lub wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty opisane powyżej czyli w pkt 6.2 . Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**W przypadku podwykonawców zamawiający nie zamieścił w SIWZ takiego obowiązku. Zgodnie z pkt 3.2 SIWZ - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy.**

#### **Dot. Pakietu nr 1, pkt 15 minimalnych wymagań wspólnych dla analizatora głównego i pomocniczego, Załącznik nr 3 do SIWZ:**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg " odczynniki do badań gotowe do użycia" Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania czy łączenia składników ?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ: odczynniki do badań gotowe do użycia bez konieczności rozpuszczania, rozcieńczania lub łączenia składników.**

#### **Dot. Pakietu nr 1, pkt. 3 minimalnych wymagań dla analizatora głównego, Załącznik nr 3 do SIWZ:**

2. Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na różne ilości wyspecyfikowanych elektrolitów (Na, K, Cl) Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod bezobsługowych ( bez konieczności uzupełniania płynów czy wymiany membran), wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ , załącznik nr 3 pkt 3 bez zmian.**

### **Dot. załącznik nr 3 do siwz, II Minimalne wymagania dla analizatora głównego Ip.5**

3. Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od opisanego wymogu w przypadku oznaczeń immunochemicznych

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od opisanego wymogu w przypadku oznaczeń immunochemicznych. Zamawiający doprecyzowuje, że przez „mikrobrobówkę” rozumie naczynko do analizatora, do którego można oddzielić porcję osocza.**

### **Dot. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy**

1. Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?  
Uzasadnienie:

Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi.

2. Par. 5 ust. 4, Par. 6 ust. 18 lit. f, Par. 10 ust. 2, ust. 3, ust. 5, Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

3. Par. 5 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

4. Par. 5 ust. 20-21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

#### **Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

5. Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Wykonawca dostarczy i zainstaluje *analyzer główny i pomocniczy* na swój koszt, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w budynku „D”, II piętro – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzi przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego.**

6. Par. 6 ust. 18 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?

Uzasadnienie:

Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian. Wykonywanie badań na analizatorze zastępczym musiałyby zostać poprzedzone czasochłonnym procesem walidacji wszystkich stosowanych metod. Walidacji urządzenia zastępczego nie można wykonać w trybie pilnym. Z tego powodu dostawa analizatora zastępczego nie zapewni zachowania ciągłości badań w razie przedłużającej się awarii.**

7. Par. 6 ust. 18 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

8. Par. 9 ust. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

9. Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

10. Par. 10 ust. 1, 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

11. Par. 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?
12. Par. 10 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź zamawiającego**

**Ad. 11,12 Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Dot. Załącznik nr 9, projekt umowy , pakiet nr 1 , paragraf 6, punkt 18b**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas przyjazdu inżyniera wynosił do 24h w dni robocze?

**Odpowiedź zamawiającego**


**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**


**Dot. Pakiet nr 1 , załącznik nr 3 , Warunki serwisu, pkt 4**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas przyjazdu inżyniera wynosił do 24h w dni robocze?

**Odpowiedź zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Biuro Ekonomicznych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
*mgr Krzysztof Staśkiewicz*

  
**SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych  
*mgr Jolanta Haracz-Przestalska*