

**EZP/336/19**

**Wrocław, 20.02.2019r.**

**Wg rozdzielnika**

**Wybór oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 18.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety; ZP/PN/85/18/LNP/JG.**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579, zwanej w dalszej części *ustawą Pzp*), Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

**Pakiet nr 18:**

Złożono trzy oferty.

Uzasadnienie wyboru: oferta prawidłowa pod względem merytorycznym i formalnym, najkorzystniejsza pod względem ceny.


Firma (nazwa) i adres wykonawcy	Punktacja w kryterium cena	Punktacja łącznie
<b>P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.k.</b> <b>Ul. Strefowa 22</b> <b>43-100 Tychy</b>	Zamawiający, działając zgodnie z art. 89, ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) odrzuca ofertę złożoną przez Państwa w zakresie <b>Pakietu nr 18.</b>  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Arkuszu asortymentowo-cenowym, w poz. 4 Pakietu nr 18, Zamawiający wymagał cewnika <b>z drenem o dł. 200 cm</b> , natomiast Wykonawca zaoferował <b>dren o dł. 150 cm.</b>  W poz. 5, Pakietu nr 18 Zamawiający wymagał cewnika tlenowego dla dzieci <b>z drenem o dł. 200 cm</b> , natomiast Wykonawca zaoferował <b>dren o dł. 150 cm</b> ; ponadto Zamawiający wymagał cewnika z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, a Wykonawca zaoferował wypustki proste.	
<b>SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp. j.</b> <b>Ul. Poznańska 82B</b> <b>62-080 Tarnowo Podgórne</b>	Zamawiający, działając zgodnie z art. 89, ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) odrzuca ofertę złożoną przez Państwa w zakresie <b>Pakietu nr 18.</b> Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Arkuszu asortymentowo-cenowym, w poz. 4 Pakietu nr 18, Zamawiający wymagał cewnika <b>z drenem o dł. 200 cm</b> , natomiast Wykonawca zaoferował <b>dren o dł. 150 cm.</b>  W poz. 5, Pakietu nr 18 Zamawiający wymagał cewnika tlenowego dla dzieci <b>z drenem o dł. 200</b>	

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



	<p><b>cm</b>, natomiast Wykonawca zaoferował <b>dren o dł. 150 cm</b>; ponadto Zamawiający wymagał cewnika z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, a Wykonawca zaoferował wypustki proste.</p> <p>W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, Wykonawca przesłał dokumenty i próbki, które ponownie nie potwierdziły spełnienia wymagań Zamawiającego.</p>	
<p><b>Medtronic Poland Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Polna 11</b> <b>00-633 Warszawa</b></p>	<p><b>100 pkt</b></p>	<p><b>100 pkt</b></p>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu



Grzegorz Stryjeński

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:  
Joanna Głombowicz