

Wrocław, 15.12.2020r.

Zapytanie Ofertowe ZP/BU/84/20/LA/AWO
na dostawę rejestratorów temperatury oraz temperatury i wilgotności przesyłających pomiary bezprzewodowo
dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 (nazwa, dostawy, usługi lub roboty budowlanej)

I. ZAMAWIAJĄCY

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
 53-413 Wrocław Pl. Hirszfelda 12
 NIP: 899-22-28-100 Regon: 000290096 KRS: 0000087868

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu monitorowania warunków przechowywania leków i innych produktów w zakresie temperatury i wilgotności umożliwiające rejestrację pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie danych pomiarowych on-line bezprzewodowo do systemu zainstalowanego na serwerze Zamawiającego (lub na redundantnym serwerze Wykonawcy), wraz z oprogramowaniem służącym do ich przesyłania, przechowywania oraz odczytu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Warunki realizacji znajdują się w załączonym projekcie umowy – Załącznik nr 4

2. Wymagana gwarancja/data ważności: **minimum 48 miesięcy**
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych*
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
 - a.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty*:
 - a) Uzupelniony Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 - b) Uzupelniony Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy
 - c) Uzupelniony Załącznik nr 3 - Formularz Oferty
 - d) Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście, skan oferty¹ przesłany na adres: **dzp@dco.com.pl** do dnia **21.12.2020r., godz. 10.00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

¹ W wypadku złożenia oferty przy pomocy poczty elektronicznej Zamawiający ma prawo żądać złożenia oferty w formie papierowej

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem/
~~prześle informację mailowo.~~

VIII.DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dział Zamówień Publicznych tel.: 71/368-95-85,e-mail: dzp@dco.com.pl oraz Pan Piotr Steciwko pod numerem telefonu 71 36-89-264

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
działu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dział Zamówień Publicznych w Wrodawiu
Piotr Steciwko